

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1 zamówienia)

Kontenery

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: 10 szt.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika

Lp.	Parametry wymagane	Wymagania	Parametry oferowane (potwierdzić „TAK”, we wskazanych polach podać)	Sposób oceny
1	2	3	4	5
1.	Kontener do sterylizacji parowej, transportu i przechowywania sterylnych medycznych pakietów narzędziowych	Tak		nie dotyczy
2.	Wanna kontenera, bezszwowa, wykonana z aluminium	Tak		nie dotyczy
3.	Powierzchnia dna wanny gładka, bez elementów montażowych jak nakrętki, nity, śruby	Tak		nie dotyczy
4.	Bariera biologiczna kontenera Zawór ciśnieniowo-próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej lub inny rodzaj bariery biologicznej	Podać		- Zawór ciśnieniowo-próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej – 5 pkt - Inny rodzaj bariery biologicznej – 0 pkt
5.	Trwałość bariery biologicznej z gwarancją producenta/wykonawcy	Podać		do 5 lat – 0 pkt Więcej niż 5 lat – 5 pkt
6.	Mocowanie bariery biologicznej bez użycia śrub	Tak		nie dotyczy
7.	Brak konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych	Podać		- Tak (brak konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych) – 5 pkt - Nie – 0 pkt
8.	Pokrywy kontenera (wewnętrzna i zabezpieczająca) wykonane ze stali	Tak		nie dotyczy
9.	Pokrywa zewnętrzna kontenera niewystająca poza obrys wanny kontenera bez perforacji i otworów	Tak		nie dotyczy
10.	Ochrona pokrywy wewnętrznej z umieszczoną w niej barierą biologiczną Pokrywa zewnętrzna kontenera pełna bez otworów osłaniająca w całości (100%) pokrywę wewnętrzną lub inne rozwiązanie	Tak, podać		- Pokrywa zewnętrzna kontenera pełna bez otworów osłaniająca w całości (100%) pokrywę wewnętrzną – 10 pkt - Inne rozwiązanie (opisać) – 0 pkt
11.	System zabezpieczający otwarcie kontenera Automatyczny, bez użycia plomb jednorazowego użytku	Tak, podać		- Automatyczny, bez użycia plomb jednorazowego użytku – 10 pkt

Lp.	Parametry wymagane	Wymagania	Parametry oferowane (potwierdzić „TAK”, we wskazanych polach podać)	Sposób oceny
1	2	3	4	5
	lub inne rozwiązanie			- Inne rozwiązanie (opisać)– 0 pkt
12.	Plombowanie kontenera Poprzez pokrywę zewnętrzną lub inne rozwiązanie	Tak, podać		- Poprzez pokrywę zewnętrzną – 5 pkt - Inne rozwiązanie– 0 pkt
13.	Uchwyty i zamknięcia kontenera wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia tworzyw sztucznych.	Tak		nie dotyczy
14.	Stopień blokowania uchwytów kontenera	Tak, podać		- 180° – 5 pkt - Poniżej 180° – 0 pkt
15.	Możliwość zabezpieczenia silikonem uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.	Tak		nie dotyczy
16.	Zawór do odprowadzenia kondensatu, dno wanny kontenera profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu Lub Zamawiający dopuszcza kontener bez wyposażenia w zawór do odprowadzenia kondensatu, dno wanny kontenera profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu	Tak, podać		- Tak (Zawór do odprowadzenia kondensatu, dno wanny kontenera profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu) – 5 pkt - Nie – 0 pkt
17.	Wyposażenie: - Tace siatkowane, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w uchwyty chowane do środka tacy. Dno tacy wzmocnione, - Tabliczka identyfikacyjna do kontenera o wymiarach	Tak		nie dotyczy
Asortyment Wymiary kontenerów i tac (długość x szerokość x wysokość) +/- 5 mm				
18.	Kontener: 596 x 275 x 140 mm (+/ 5 mm) – 10 szt. kosz 515 x 245 x 60 mm (+/ 5 mm) – 10 szt	Tak, podać		nie dotyczy

Lp.	Gwarancja	Wymagania	Parametry oferowane (potwierdzić „TAK”, we wskazanych polach podać)
1.	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaofertowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.	Tak, <u>podać</u>	
2.	Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat.	Tak, <u>podać</u>	
3.	Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu.	Tak	
Lp.	Warunki serwisu	Wymagania	Parametry oferowane (potwierdzić „TAK”, we wskazanych polach podać)

			polach podać
	W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów przez okres gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzętu, przy czym ostatni przegląd powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem ww. okresu, przeglądy powinny się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy	Tak	
2.	Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego	Tak	
3.	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok	Tak	
4.	Wymiana każdego podzespołu na nowy po dwóch nieskutecznych próbach naprawy, jeżeli podzespół uległ uszkodzeniu po raz trzeci	Tak	
5.	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.	Tak	
6.	Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)	Tak, podać	
7.	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy	Tak, podać	

UWAGI: Parametry zostaną potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu – zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „**podać**” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.